

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|-------------------------------------|---|
| MS ANVISA | 80115310038 |
| CÓDIGO / CODE | 107091 |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE | 1040250K |
| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | GLICOSE GOD-PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO |
| | KIT |
| | LOTE / LOT: 10709120169 |
| | DATA DE FABR./MANUF. DATE 03/2020 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2022 |
| | REAGENTE 1 / REAGENT 1 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1040250MK |
| | LOTE / LOT: 10719520175 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2022 |
| | PADRÃO / STANDARD |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1040003P |
| | LOTE / LOT: 10725520108 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2022 |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|---------------------------------|--|----------------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE | LIMPIDO AVERMELHADO - CLEAR, REDDISH | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR | LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHTLY SMELL PHENOL | Conforme/According |
| pH (25 oC) | 7.4 - 7.6 | 7.48 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm | 0.000 - 0.050 | 0.004 |
| TRULAB N - LOTE: 25894 (mg/dL) | 72.2 - 99.7 | 87.5 |
| TRULAB P - LOTE: 25895 (mg/dL) | 220 - 304 | 259.7 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control