

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310204
CÓDIGO / CODE	109380
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1040500KWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	GLICOSE WS 2X250ML
	KIT
	LOTE / LOT: 1093801962
	DATA DE FABR./MANUF. DATE 04/2019
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2020
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1040250MKWS
	LOTE / LOT: 1093831958
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2020

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO ROSADO - CLEAR, PINK LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.51
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.050	0.004
TRULAB N - LOTE: 24382 (mg/dL)	80.7 - 111	93.7
TRULAB P - LOTE: 24383 (mg/dL)	224 - 309	264.9

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control