

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310204
CÓDIGO / CODE 109380
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1040500KWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION GLICOSE WS 2X250ML

KIT
LOTE / LOT: 1093802071
DATA DE FABR./MANUF. DATE 03/2020
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2022

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1040250MKWS
LOTE / LOT: 1093832067
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO AVERMELHADO - CLEAR, REDDISH	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.48
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.050	0.004
TRULAB N - LOTE: 25894 (mg/dL)	72.2 - 99.7	87.5
TRULAB P - LOTE: 25895 (mg/dL)	220 - 304	259.7

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control