

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310204	
CÓDIGO / CODE	109380	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1040500KWS	
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	GLICOSE WS 2X250ML	
	KIT	
	LOTE / LOT:	1093802073
	DATA DE FABR./MANUF. DATE	07/2020
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	07/2022
	REAGENTE 1 / REAGENT 1	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1040250MKWS
	LOTE / LOT:	1093832069
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	07/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO AVERMELHADO - CLEAR, REDDISH	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.53
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.050	0.005
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	72.2 - 99.7	90.7
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	220 - 304	263.8

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control