

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310204
CÓDIGO / CODE	109380
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1040500KWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	GLICOSE WS 2X250ML
	KIT
	LOTE / LOT: 1093802180
	DATA DE FABR./MANUF. DATE 07/2021
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2023
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1040250MKWS
	LOTE / LOT: 1093832176
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO AVERMELHADO - CLEAR, REDDISH	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHTLY SMELL PHENOL	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.46
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.050	0.003
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	74.50 - 103.00	88.8
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	230.00 - 317.00	276.7

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control