

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310204</b>	
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>110166</b>	
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>1040180MWS</b>	
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>GLICOSE WS 6X30ML</b>	
	<b>KIT</b>	
	LOTE / LOT:	1101662052
	DATA DE FABR./MANUF. DATE	09/2020
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	08/2022
	<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1040030MMWS
	LOTE / LOT:	1101672050
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	08/2022

<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>	<b>RESULTADO / RESULTS</b>
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO AVERMELHADO - CLEAR, REDDISH	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.44
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.050	0.004
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	74.50 - 103.00	88.3
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	230.00 - 317.00	282

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control