

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310204	
CÓDIGO / CODE	110166	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1040180MWS	
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	GLICOSE WS 6X30ML	
	KIT	
	LOTE / LOT:	1101662157
	DATA DE FABR./MANUF. DATE	09/2021
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	08/2023
	REAGENTE 1 / REAGENT 1	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1040030MMWS
	LOTE / LOT:	1101672155
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	08/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO AVERMELHADO - CLEAR, REDDISH	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHTLY SMELL PHENOL	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.49
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.050	0.004
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	71.9 - 99.3	83.1
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	213 - 294	258.7

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control