

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310204
CÓDIGO / CODE 111185
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1040174.4RWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION GLICOSE WS 4X43,6ML (RESPONS)

KIT
LOTE / LOT: 111185199
DATA DE FABR./MANUF. DATE 01/2019
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2020

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1040043.6RWS
LOTE / LOT: 111186198
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2020

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO ROSADO - CLEAR, PINK LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.51
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.050	0.004
TRULAB N - LOTE: 23843 (mg/dL)	80.7 - 111	93.7
TRULAB P - LOTE: 24383 (mg/dL)	224 - 309	264.9

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control