

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310204</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>111185</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>1040174.4RWS</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>GLICOSE WS 4X43,6ML (RESPONS)</b>
	<b>KIT</b>
	LOTE / LOT: 1111852017
	DATA DE FABR./MANUF. DATE 01/2020
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/2021
	<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1040043.6RWS
	LOTE / LOT: 1111862016
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/2021

<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>	<b>RESULTADO / RESULTS</b>
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO AVERMELHADO - CLEAR, REDDISH	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.49
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.050	0.004
TRULAB N - LOTE: 25894 (mg/dL)	72.2 - 99.7	91.0
TRULAB P - LOTE: 25895 (mg/dL)	220 - 304	270.2

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
**Controle de Qualidade / Quality Control**