

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310204
CÓDIGO / CODE 111185
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1040174.4RWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION GLICOSE WS 4X43,6ML (RESPONS)

KIT
LOTE / LOT: 1111852020
DATA DE FABR./MANUF. DATE 04/2020
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2022

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1040043.6RWS
LOTE / LOT: 1111862019
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO AVERMELHADO - CLEAR, REDDISH	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHTLY SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.45
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.050	0.003
TRULAB N - LOTE: 25894 (mg/dL)	72.2 - 99.7	92.3
TRULAB P - LOTE: 25895 (mg/dL)	220 - 304	266.8

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control