

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310204  
**CÓDIGO / CODE** 111185  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1040174.4RWS  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** GLICOSE WS 4X43,6ML (RESPONS)

**KIT**  
LOTE / LOT: 1111852023  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 10/2020  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2022

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1040043.6RWS  
LOTE / LOT: 1111862022  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2022

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION         | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION              | RESULTADO / RESULTS |
|---------------------------------|--|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE            | LIMPIDO AVERMELHADO - CLEAR, REDDISH       | Conforme/According  |
| ODOR/ODOUR                      | LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHTLY SMELL PHENOL | Conforme/According  |
| pH (25 oC)                      | 7.4 - 7.6                                  | 7.45                |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm | 0.000 - 0.050                              | 0.002               |
| TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)  | 74.50 - 103.00                             | 93                  |
| TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)  | 230.00 - 317.00                            | 286.3               |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control