

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** **80115310194**  
**CÓDIGO / CODE** **110127**  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** **1010150MWS**  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** **ACIDO URICO WS R1 4X30ML + R2 2X15ML**

**KIT**

LOTE / LOT: 1101272040  
 DATA DE FABR./MANUF. DATE 09/2020  
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2022

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1010030R1MWS  
 LOTE / LOT: 1101282038  
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2022

**REAGENTE 2 / REAGENT 2**

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1010015R2MWS  
 LOTE / LOT: 1101292037  
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO INCOLOR A AMARELADO - CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO AMARELO PALHA A MARROM PALHA - CLEAR, PALE YELLOW TO PALE BROWN LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	6.9 - 7.1	7.02
pH (25 oC) R2	6.9 - 7.1	7.03
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm	0.000 - 0.030	0.001
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 546 nm	0.000 - 0.050	0.004
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	4.37 - 5.79	5.11
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	6.91 - 9.17	8.38

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
**Controle de Qualidade / Quality Control**