

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310194
CÓDIGO / CODE 110127
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1010150MWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ACIDO URICO WS R1 4X30ML + R2 2X15ML

KIT
LOTE / LOT: 1101272144
DATA DE FABR./MANUF. DATE: 04/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2022

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1010030R1MWS
LOTE / LOT: 1101282142
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2022

REAGENTE 2 / REAGENT 2
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1010015R2MWS
LOTE / LOT: 1101292141
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO INCOLOR A AMARELADO - CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO AMARELO PALHA A MARROM PALHA - CLEAR, PALE YELLOW TO PALE BROWN LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	6.9 - 7.1	6.98
pH (25 oC) R2	6.9 - 7.1	6.99
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm	0.000 - 0.030	0.001
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 546 nm	0.000 - 0.050	0.007
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	4.37 - 5.79	4.93
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	6.91 - 9.17	8.11

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control