

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|-------------------------------------|---|
| MS ANVISA | 80115310194 |
| CÓDIGO / CODE | 111201 |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE | 1010200RWS |
| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ACIDO URICO WS R1 4 X 38,6 ML + R2 4 X 11,4 ML (RESPONS) |
| | KIT |
| | LOTE / LOT: 1112012110 |
| | DATA DE FABR./MANUF. DATE: 03/2021 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2022 |
| | REAGENTE 1 / REAGENT 1 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1010050TWS |
| | LOTE / LOT: 1112002110 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2022 |
| | REAGENTE 2 / REAGENT 2 |
| | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1010050TWS |
| | LOTE / LOT: 1112002110 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2022 |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1 | LIMPIDO INCOLOR A AMARELADO - CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH LIQUID | Conforme/According |
| APARENCIA/APPEARANCE R2 | LIMPIDO AMARELO PALHA A MARROM PALHA - CLEAR, PALE YELLOW TO PALE BROWN LIQUID | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| ODOR/ODOUR R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According |
| pH (25 oC) R1 | 6.9 - 7.1 | 6.98 |
| pH (25 oC) R2 | 6.9 - 7.1 | 6.99 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm | 0.000 - 0.030 | 0.001 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 546 nm | 0.000 - 0.050 | 0.007 |
| TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL) | 4.37 - 5.79 | 4.93 |
| TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL) | 6.91 - 9.17 | 8.11 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control