

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310072</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>108365</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>1110060K</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ALBUMINA 2X30ML + 1X3ML PADRAO</b>
	<b>KIT</b>
	LOTE / LOT: 1083651986
	DATA DE FABR./MANUF. DATE 03/2019
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2020
	<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1110030MK
	LOTE / LOT: 1083641953
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/2020
	<b>PADRÃO / STANDARD</b>
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1110003P
	LOTE / LOT: 1073701971
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2020

<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>	<b>RESULTADO / RESULTS</b>
APARENCIA/APPEREANCE	LIMPIDO, VERDE PALIDO - CLEAR, PALE GREEN	Conforme/According
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC)	4.1 - 4.3	4.15
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.100 - 0.350	0.236
TRULAB N - LOTE: 24382 (g/dL)	2.80 - 4.48	3.74
TRULAB P - LOTE: 24383 (g/dL)	3.72 - 5.94	5.01

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control