

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310072
CÓDIGO / CODE	108365
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1110060K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ALBUMINA 2X30ML + 1X3ML PADRAO
KIT	
LOTE / LOT:	10836521109
DATA DE FABR./MANUF. DATE	07/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	01/2023
REAGENTE 1 / REAGENT 1	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1110030MK
LOTE / LOT:	1083642170
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	01/2023
PADRÃO / STANDARD	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1110003P
LOTE / LOT:	1073702185
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	02/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEREANCE	LIMPIDO, VERDE PALIDO - CLEAR, PALE GREEN	Conforme/According
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC)	4.1 - 4.3	4.21
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.100 - 0.350	0.252
TRULAB N - LOTE: 28657 (g/dL)	2.80 - 4.46	3.88
TRULAB P - LOTE: 29696 (g/dL)	3.88 - 6.20	5.39

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control