

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310206	
CÓDIGO / CODE	109402	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1110250KWS	
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ALBUMINA WS 1X250ML	
	KIT	
	LOTE / LOT:	1094021828
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	02/2020
	REAGENTE 1 / REAGENT 1	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1110250MKWS
	LOTE / LOT:	1094061828
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	02/2020

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEREANCE	LIMPIDO, VERDE PALIDO - CLEAR, PALE GREEN	Conforme/According
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC)	4.1 - 4.3	4.20
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.100 - 0.350	0.246
TRULAB N - LOTE: 23843 (g/dL)	2.80 - 4.48	3.68
TRULAB P - LOTE: 22804 (g/dL)	4.03 - 6.44	5.19

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control