

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310206
CÓDIGO / CODE	109402
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1110250KWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ALBUMINA WS 1X250ML
	KIT
	LOTE / LOT: 1094022048
	DATA DE FABR./MANUF. DATE 11/2020
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2022
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1110250MKWS
	LOTE / LOT: 1094062048
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEREANCE	LIMPIDO, VERDE PALIDO - CLEAR, PALE GREEN	Conforme/According
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC)	4.1 - 4.3	4.22
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.100 - 0.350	0.245
TRULAB N - LOTE: 27547 (g/dL)	2.80 - 4.46	3.85
TRULAB P - LOTE: 27548 (g/dL)	3.88 - 6.20	5.46

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control