

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310206
CÓDIGO / CODE 110130
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1110060MWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ALBUMINA WS 2X30ML (NOVO MIURA)

KIT
LOTE / LOT: 1101301821
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2020

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1110030MMWS
LOTE / LOT: 1101311822
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2020

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEREANCE	LIMPIDO, VERDE PALIDO - CLEAR, PALE GREEN	Conforme/According
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC)	4.1 - 4.3	4.20
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.100 - 0.350	0.246
TRULAB N - LOTE: 23843 (g/dL)	2.80 - 4.48	3.68
TRULAB P - LOTE: 22804 (g/dL)	4.03 - 6.44	5.19

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control