

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310206</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>110130</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>1110060MWS</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ALBUMINA WS 2X30ML (NOVO MIURA)</b>
	<b>KIT</b>
	LOTE / LOT: 1101302035
	DATA DE FABR./MANUF. DATE 02/2020
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/2021
	<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1110030MMWS
	LOTE / LOT: 1101312036
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/2021

<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>	<b>RESULTADO / RESULTS</b>
APARENCIA/APPEREANCE	LIMPIDO, VERDE PALIDO - CLEAR, PALE GREEN	Conforme/According
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC)	4.1 - 4.3	4.24
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.100 - 0.350	0.245
TRULAB N - LOTE: 25894 (g/dL)	3.04 - 4.86	4.21
TRULAB P - LOTE: 25895 (g/dL)	3.97 - 6.33	5.39

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
**Controle de Qualidade / Quality Control**