

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310206
CÓDIGO / CODE	110130
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1110060MWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ALBUMINA WS 2X30ML (NOVO MIURA)
	KIT
	LOTE / LOT: 1101302142
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 07/2021
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2023
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1110030MMWS
	LOTE / LOT: 1101312143
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEREANCE	LIMPIDO, VERDE PALIDO - CLEAR, PALE GREEN	Conforme/According
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC)	4.1 - 4.3	4.21
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.100 - 0.350	0.252
TRULAB N - LOTE: 28657 (g/dL)	2.80 - 4.46	3.88
TRULAB P - LOTE: 29696 (g/dL)	3.88 - 6.20	5.39

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control