

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310093</b>	
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>107930</b>	
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>2080075K</b>	
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ALFA-AMILASE G7 R1 3X20ML + R2 1X15ML</b>	
	<b>KIT</b>	
	LOTE / LOT:	10793017114
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	06/2019
	<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	2080020R1K
	LOTE / LOT:	1079311795
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	06/2019
	<b>REAGENTE 2 / REAGENT 2</b>	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	2080015R2K
	LOTE / LOT:	1079331797
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	06/2019

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELO PALIDO - CLEAR, PALE YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (37 oC) R1	7.05 - 7.25	Conforme/According
pH (37 oC) R2	7.05 - 7.25	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 405 nm	0.000 - 0.030	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 405 nm	0.020 - 0.100	Conforme/According
TRULAB N - LOTE 22255 (U/L)	63.2 - 94.8	77.4
TRULAB P - LOTE 22804 (U/L)	164 - 246	199.9

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control