

## CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310093  
**CÓDIGO / CODE** 107930  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 2080075K  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** ALFA-AMILASE G7 R1 3X20ML + R2 1X15ML

**KIT**  
LOTE / LOT: 10793021172  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 01/2021  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2022

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2080020R1K  
LOTE / LOT: 10793121132  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2022

**REAGENTE 2 / REAGENT 2**  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2080015R2K  
LOTE / LOT: 10793321136  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	CONFORME/ACCORDING
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELO PALIDO - CLEAR, PALE YELLOW	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH (37 oC) R1	7.05 - 7.25	CONFORME/ACCORDING
pH (37 oC) R2	7.05 - 7.25	CONFORME/ACCORDING
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 405 nm	0.000 - 0.030	CONFORME/ACCORDING
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 405 nm	0.020 - 0.100	CONFORME/ACCORDING
TRULAB N - LOTE 27547 (U/L)	56.50 - 84.70	71.1
TRULAB P - LOTE 27548 (U/L)	181.00 - 272.00	227

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control