

CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310093
CÓDIGO / CODE 107930
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2080075K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ALFA-AMILASE G7 R1 3X20ML + R2 1X15ML

KIT
LOTE / LOT: 10793021175
DATA DE FABR./MANUF. DATE 02/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2022

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2080020R1K
LOTE / LOT: 10793121133
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2022

REAGENTE 2 / REAGENT 2
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2080015R2K
LOTE / LOT: 10793321137
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELO PALIDO - CLEAR, PALE YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (37 oC) R1	7.05 - 7.25	Conforme/According
pH (37 oC) R2	7.05 - 7.25	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 405 nm	0.000 - 0.030	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 405 nm	0.020 - 0.100	Conforme/According
TRULAB N - LOTE 27547 (U/L)	56.50 - 84.70	68.48
TRULAB P - LOTE 27548 (U/L)	181.00 - 272.00	234.39

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control