

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

### CERTIFICATE OF ANALYSIS

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>MS ANVISA</b>                    | <b>80115310093</b>                           |
| <b>CÓDIGO / CODE</b>                | <b>107930</b>                                |
| <b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b> | <b>2080075K</b>                              |
| <b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>      | <b>ALFA-AMILASE G7 R1 3X20ML + R2 1X15ML</b> |
|                                     | <b>KIT</b>                                   |
|                                     | LOTE / LOT: 10793021187                      |
|                                     | DATA DE FABR./MANUF. DATE: 11/2021           |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2023      |
|                                     | <b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>                |
|                                     | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2080020R1K     |
|                                     | LOTE / LOT: 10793121140                      |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2023      |
|                                     | <b>REAGENTE 2 / REAGENT 2</b>                |
|                                     | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2080015R2K     |
|                                     | LOTE / LOT: 10793321145                      |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2023      |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION               | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION                     | RESULTADO / RESULTS |
|---------------------------------------|---|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1               | LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS              | CONFORME/ACCORDING  |
| APARENCIA/APPEARANCE R2               | LIMPIDO, AMARELO PALIDO - CLEAR, PALE YELLOW      | CONFORME/ACCORDING  |
| ODOR/ODOUR R1                         | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | CONFORME/ACCORDING  |
| ODOR/ODOUR R2                         | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | CONFORME/ACCORDING  |
| pH (37 oC) R1                         | 7.05 - 7.25                                       | CONFORME/ACCORDING  |
| pH (37 oC) R2                         | 7.05 - 7.25                                       | CONFORME/ACCORDING  |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 405 nm    | 0.000 - 0.030                                     | CONFORME/ACCORDING  |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 405 nm | 0.020 - 0.100                                     | CONFORME/ACCORDING  |
| TRULAB N - LOTE 28657 (U/L)           | 54.8 - 82.2                                       | 67.5                |
| TRULAB P - LOTE 29696 (U/L)           | 173 - 259   | 224.3               |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control