

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA **80115310093**
CÓDIGO / CODE **110132**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE **2080075M**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION **ALFA-AMILASE G7 R1 3X20ML + R2 1X15ML (MIURA)**

KIT

LOTE / LOT: 1101321839
 DATA DE FABR./MANUF. DATE 07/2018
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2020

REAGENTE 1 / REAGENT 1

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2080020R1M
 LOTE / LOT: 1101331837
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2020

REAGENTE 2 / REAGENT 2

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2080015R2M
 LOTE / LOT: 1101341837
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2020

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELO PALIDO - CLEAR, PALE YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (37 oC) R1	7.05 - 7.25	Conforme/According
pH (37 oC) R2	7.05 - 7.25	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 405 nm	0.000 - 0.030	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 405 nm	0.020 - 0.100	Conforme/According
TRULAB N - LOTE 23843 (U/L)	61.7 - 92.5	76.7
TRULAB P - LOTE 22804 (U/L)	166 - 249	206.2

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control