

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310093
CÓDIGO / CODE	110132
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	2080075M
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ALFA-AMILASE G7 R1 3X20ML + R2 1X15ML (MIURA)
	KIT
	LOTE / LOT: 1101322060
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 07/2020
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2022
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2080020R1M
	LOTE / LOT: 1101332056
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2022
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2080015R2M
	LOTE / LOT: 1101342057
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELO PALIDO - CLEAR, PALE YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (37 oC) R1	7.05 - 7.25	Conforme/According
pH (37 oC) R2	7.05 - 7.25	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 405 nm	0.000 - 0.030	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 405 nm	0.020 - 0.100	Conforme/According
TRULAB N - LOTE 27547 (U/L)	57.0 - 85.6	67.65
TRULAB P - LOTE 27548 (U/L)	158 - 237	201.22

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control