

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>MS ANVISA</b>                    | <b>80115310093</b>                                   |
| <b>CÓDIGO / CODE</b>                | <b>110132</b>                                        |
| <b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b> | <b>2080075M</b>                                      |
| <b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>      | <b>ALFA-AMILASE G7 R1 3X20ML + R2 1X15ML (MIURA)</b> |
| <b>KIT</b>                          |                                                      |
| LOTE / LOT:                         | 1101322179                                           |
| DATA DE FABR./MANUF. DATE           | 11/2021                                              |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:     | 06/2023                                              |
| <b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>       |                                                      |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE:       | 2080020R1M                                           |
| LOTE / LOT:                         | 1101332170                                           |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:     | 06/2023                                              |
| <b>REAGENTE 2 / REAGENT 2</b>       |                                                      |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE:       | 2080015R2M                                           |
| LOTE / LOT:                         | 1101342172                                           |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:     | 06/2023                                              |

| <b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>        | <b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>              | <b>RESULTADO / RESULTS</b> |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1               | LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS              | CONFORME/ACCORDING         |
| APARENCIA/APPEARANCE R2               | LIMPIDO, AMARELO PALIDO - CLEAR, PALE YELLOW      | CONFORME/ACCORDING         |
| ODOR/ODOUR R1                         | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | CONFORME/ACCORDING         |
| ODOR/ODOUR R2                         | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | CONFORME/ACCORDING         |
| pH (37 oC) R1                         | 7.05 - 7.25                                       | CONFORME/ACCORDING         |
| pH (37 oC) R2                         | 7.05 - 7.25                                       | CONFORME/ACCORDING         |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 405 nm    | 0.000 - 0.030                                     | CONFORME/ACCORDING         |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 405 nm | 0.020 - 0.100                                     | CONFORME/ACCORDING         |
| TRULAB N - LOTE 28657 (U/L)           | 54.8 - 82.2                                       | 69.4                       |
| TRULAB P - LOTE 29696 (U/L)           | 173 - 259                                         | 215.8                      |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control