

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA **80115310093**
CÓDIGO / CODE **111207**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE **2080112.4R**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION **ALFA AMILASE G7 R1 4 X 21,3 ML + R2 4 X 6,8 ML (RESPONS)**

KIT

LOTE / LOT: 1112071913
 DATA DE FABR./MANUF. DATE: 08/2019
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2021

REAGENTE 1 / REAGENT 1

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2080028.1T
 LOTE / LOT: 1112061913
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2021

REAGENTE 2 / REAGENT 2

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2080028.1T
 LOTE / LOT: 1112061913
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELO PALIDO - CLEAR, PALE YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (37 oC) R1	7.05 - 7.25	Conforme/According
pH (37 oC) R2	7.05 - 7.25	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 405 nm	0.000 - 0.030	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 405 nm	0.020 - 0.100	Conforme/According
TRULAB N - LOTE 24382 (U/L)	51.8 - 77.6	66.3
TRULAB P - LOTE 24383 (U/L)	168 - 253	213.4

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control