

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310093
CÓDIGO / CODE	111207
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	2080112.4R
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ALFA AMILASE G7 R1 4 X 21,3 ML + R2 4 X 6,8 ML (RESPONS)
KIT	
LOTE / LOT:	1112072131
DATA DE FABR./MANUF. DATE	06/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	10/2022
REAGENTE 1 / REAGENT 1	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	2080028.1T
LOTE / LOT:	1112062131
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	10/2022
REAGENTE 2 / REAGENT 2	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	2080028.1T
LOTE / LOT:	1112062131
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	10/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	CONFORME/ACCORDING
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELO PALIDO - CLEAR, PALE YELLOW	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH (37 oC) R1	7.05 - 7.25	CONFORME/ACCORDING
pH (37 oC) R2	7.05 - 7.25	CONFORME/ACCORDING
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 405 nm	0.000 - 0.030	CONFORME/ACCORDING
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 405 nm	0.020 - 0.100	CONFORME/ACCORDING
TRULAB N - LOTE 27547 (U/L)	56.50 - 84.70	69.9
TRULAB P - LOTE 27548 (U/L)	181.00 - 272.00	227.4

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control