

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310048
CÓDIGO / CODE	107100
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1080075K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	BILIRRUBINA DIRETA R1 3X20ML + R2 1X15ML
	KIT
	LOTE / LOT: 10710020129
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 10/2020
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2022
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1080020R1K
	LOTE / LOT: 10720720115
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2022
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1080015R2K
	LOTE / LOT: 10720620113
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, CLOURLESS LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH R1 (25 oC)	1 - 1.2	1.19
pH R2 (25 oC)	0 - 0.2	0.20
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm	0 - 0.03	0.000
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 + R2 - 546 nm	0 - 0.03	0.001
TRULAB N - 27547 (mg/dL)	0.54 - 0.92	0.73
TRULAB P - 27548 (mg/dL)	1.22 - 2.08	1.74

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control