

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310048
CÓDIGO / CODE 107101
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1080250K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION **BILIRRUBINA DIRETA R1 5X40ML + R2 1X50ML**

KIT
LOTE / LOT: 10710121142
DATA DE FABR./MANUF. DATE 11/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2023

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1080040R1K
LOTE / LOT: 10720521141
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2023

REAGENTE 2 / REAGENT 2
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1080050R2K
LOTE / LOT: 10720821140
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, CLOURLESS LIQUID	CONFORME/ACCORDING
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS LIQUID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH R1 (25 oC)	1 - 1.2	1.11
pH R2 (25 oC)	0 - 0.2	0.20
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm	0 - 0.03	0.000
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 + R2 - 546 nm	0 - 0.03	0.001
TRULAB N - 28657 (mg/dL)	0.53 - 0.91	0.62
TRULAB P - 29696 (mg/dL)	1.26 - 2.15	1.77

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control