

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310055
CÓDIGO / CODE 111211
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1090200R
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 4 X 38,6 ML + R2 4 X 11,4 ML (RESPONS)

KIT
LOTE / LOT: 1112112134
DATA DE FABR./MANUF. DATE 11/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2023

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1090050T
LOTE / LOT: 1112102135
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2023

REAGENTE 2 / REAGENT 2
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1090050T
LOTE / LOT: 1112102135
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO LEVEMENTE OPACO, INCOLOR A AMARELADO - CLEAR TO SLIGHTLY OPALESCENT, COLOURLESS TO YELLOW	CONFORME/ACCORDING
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELO A LEVEMENTE VERMELHO - CLEAR, YELLOW TO SLIGHTLY RED LIQUID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH R1 (25 oC)	0.7 - 0.9	0.80
pH R2 (25 oC)	0.8 - 1	0.94
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm	0 - 0.03	0.007
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 + R2 - 546 nm	0 - 0.03	0.007
TRULAB N - 28657 (mg/dL)	1.14 - 1.94	1.31
TRULAB P - 29696 (mg/dL)	3.42 - 5.83	4.76

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control