

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310126
CÓDIGO / CODE	108095
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	2120075K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	CK-MB R1 3X20ML + R2 1X15ML
KIT	
LOTE / LOT:	1080951883
DATA DE FABR./MANUF. DATE	09/2018
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	09/2019
REAGENTE 1 / REAGENT 1	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	2120020R1K
LOTE / LOT:	10721518109
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	09/2019
REAGENTE 2 / REAGENT 2	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	2120015R2K
LOTE / LOT:	10721618109
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	09/2019

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	LEVE ODOR TIOL - SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	5.90 - 6.10	Conforme/According
PH (25oC) R2	9.00 - 9.10	Conforme/According
pH (37 oC) R1 + R2	6.40 - 6.60	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.150 - 0.400	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 340 nm	0.150 - 0.500	Conforme/According
TRULAB N - LOTE: 23843 (U/L)	37.0 - 55.4	38.20
TRULAB P - LOTE: 22804 (U/L)	48.5 - 72.7	55.96

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control