

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310040
CÓDIGO / CODE	107087
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1020250K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	COLESTEROL CHOD PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO
KIT	
LOTE / LOT:	10708721141
DATA DE FABR./MANUF. DATE	08/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	09/2022
REAGENTE 1 / REAGENT 1	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1020250MK
LOTE / LOT:	10719021144
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	08/2023
PADRÃO / STANDARD	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1020003P
LOTE / LOT:	1072532181
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	09/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO ROSADO - CLEAR, PINK LIQUID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	CONFORME/ACCORDING
pH (25oC)	6.60 - 6.80	6.68
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.030	0.005
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	126 - 167	142.0
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	161 - 214	185.0
TRULAB L - LOTE: 29253 (mg/dL)	120 - 159	136.0

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control