

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310040
CÓDIGO / CODE 107087
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1020250K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION COLESTEROL CHOD PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO

KIT
LOTE / LOT: 10708721143
DATA DE FABR./MANUF. DATE: 11/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2022

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1020250MK
LOTE / LOT: 10719021145
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2023

PADRÃO / STANDARD
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1020003P
LOTE / LOT: 1072532183
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO ROSADO - CLEAR, PINK LIQUID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	CONFORME/ACCORDING
pH (25oC)	6.60 - 6.80	6.73
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.030	0.008
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	126 - 167	153
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	161 - 214	201
TRULAB L - LOTE: 29253 (mg/dL)	120 - 159	149

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control