

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310195
CÓDIGO / CODE 109354
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1020500KWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION COLESTEROL WS 2X250ML

KIT
LOTE / LOT: 1093541957
DATA DE FABR./MANUF. DATE 12/2019
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2021

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1020250MKWS
LOTE / LOT: 1093571957
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO ROSADO - CLEAR, PINK LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25oC)	6.60 - 6.80	6.69
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.030	0.007
TRULAB N - LOTE: 25894 (mg/dL)	145 - 192	170.0
TRULAB P - LOTE: 25895 (mg/dL)	184 - 244	216.1
TRULAB L - LOTE: 25174 (mg/dL)	131 - 174	162.1

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control