

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310195
CÓDIGO / CODE 109354
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1020500KWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION COLESTEROL WS 2X250ML

KIT
LOTE / LOT: 1093542163
DATA DE FABR./MANUF. DATE 01/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2022

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1020250MKWS
LOTE / LOT: 1093572163
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO ROSADO - CLEAR, PINK LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25oC)	6.60 - 6.80	6.65
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.030	0.005
TRULAB N - LOTE: 27547 (mg/dL)	134.00 - 178.00	156.5
TRULAB P - LOTE: 27548 (mg/dL)	187.00 - 248.00	216.7
TRULAB L - LOTE: 27037 (mg/dL)	130.00 - 173.00	158.0

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control