

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310195  
**CÓDIGO / CODE** 109354  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1020500KWS  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** COLESTEROL WS 2X250ML

**KIT**  
LOTE / LOT: 1093542169  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 08/2021  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2023

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1020250MKWS  
LOTE / LOT: 1093572169  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO ROSADO - CLEAR, PINK LIQUID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	CONFORME/ACCORDING
pH (25oC)	6.60 - 6.80	6.68
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.030	0.005
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	126 - 167	142.0
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	161 - 214	185.0
TRULAB L - LOTE: 29253 (mg/dL)	120 - 159	136.0

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control