

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310195
CÓDIGO / CODE 109354
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1020500KWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION COLESTEROL WS 2X250ML

KIT
LOTE / LOT: 1093542170
DATA DE FABR./MANUF. DATE 11/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2023

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1020250MKWS
LOTE / LOT: 1093572170
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO ROSADO - CLEAR, PINK LIQUID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	CONFORME/ACCORDING
pH (25oC)	6.60 - 6.80	6.73
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.030	0.008
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	126 - 167	153
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	161 - 214	201
TRULAB L - LOTE: 29253 (mg/dL)	120 - 159	149

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control