

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310195
CÓDIGO / CODE 111203
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1020174.4RWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION COLESTEROL WS 4 X 43,6 ML (RESPONS)

KIT
LOTE / LOT: 1112032012
DATA DE FABR./MANUF. DATE 03/2020
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2022

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1020043.6RWS
LOTE / LOT: 1112022012
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2022

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO ROSADO - CLEAR, PINK LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25oC)	6.60 - 6.80	6.75
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.030	0.009
TRULAB N - LOTE: 25894 (mg/dL)	145 - 192	165.0
TRULAB P - LOTE: 25895 (mg/dL)	184 - 244	206.0
TRULAB L - LOTE: 25174 (mg/dL)	131 - 174	156.0

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control