

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310195  
**CÓDIGO / CODE** 111203  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1020174.4RWS  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** COLESTEROL WS 4 X 43,6 ML (RESPONS)

**KIT**  
LOTE / LOT: 1112032121  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 08/2021  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2023

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1020043.6RWS  
LOTE / LOT: 1112022121  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO ROSADO - CLEAR, PINK LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25oC)	6.60 - 6.80	6.73
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.030	0.006
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	134.00 - 178.00	152.8
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	187.00 - 248.00	213.3
TRULAB L - LOTE: 29253 (mg/dL)	130.00 - 173.00	141.0

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control