

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310057
CÓDIGO / CODE 107089
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1030250K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION CREATININA R1 1X200ML + R2 1X50ML + 1X3ML PADRAO

KIT
LOTE / LOT: 10708918188
DATA DE FABR./MANUF. DATE: 12/2018
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2020

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1030200R1K
LOTE / LOT: 10719118172
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2020

REAGENTE 2 / REAGENT 2
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1030050R2K
LOTE / LOT: 10719418138
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2020

PADRÃO / STANDARD
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1030003P
LOTE / LOT: 10735518155
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO - CLEAR, YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	12.90 - 13.10	13.05
PH (25 oC) R2	1.60 - 1.80	1.71
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 492 nm	0.000 - 0.030	0.00
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 492 nm	0.120 - 0.250	0.135
TRULAB N - LOTE: 24382 (mg/dL)	1.30 - 2.03	1.66
TRULAB P - LOTE: 24383 (mg/dL)	3.60 - 5.64	4.58

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control