

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310057
CÓDIGO / CODE	107089
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1030250K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	CREATININA R1 1X200ML + R2 1X50ML + 1X3ML PADRAO
	KIT
	LOTE / LOT: 10708919191
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 02/2019
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2020
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1030200R1K
	LOTE / LOT: 10719119174
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2020
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1030050R2K
	LOTE / LOT: 10719419140
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2020
	PADRÃO / STANDARD
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1030003P
	LOTE / LOT: 10735519158
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2021

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO - CLEAR, YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	12.90 - 13.10	13.05
PH (25 oC) R2	1.60 - 1.80	1.71
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 492 nm	0.000 - 0.030	0.00
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 492 nm	0.120 - 0.250	0.135
TRULAB N - LOTE: 24382 (mg/dL)	1.30 - 2.03	1.66
TRULAB P - LOTE: 24383 (mg/dL)	3.60 - 5.64	4.58

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control