

CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310057
CÓDIGO / CODE	107089
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1030250K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	CREATININA R1 1X200ML + R2 1X50ML + 1X3ML PADRAO
	KIT
LOTE / LOT:	10708921245
DATA DE FABR./MANUF. DATE	09/2021
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	02/2023
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1030200R1K
LOTE / LOT:	10719121205
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	04/2023
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1030050R2K
LOTE / LOT:	10719421172
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	02/2023
	PADRÃO / STANDARD
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1030003P
LOTE / LOT:	10735521181
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	09/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO - CLEAR, YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	12.90 - 13.10	12.94
PH (25 oC) R2	1.60 - 1.80	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 492 nm	0.000 - 0.030	0.000
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 492 nm	0.120 - 0.180	0.156
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	1.05 - 1.64	1.42
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	4.09 - 6.40	5.31

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control