

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310205	
CÓDIGO / CODE	109361	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1030500KWS	
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	CREATININA WS R1 2X200ML + R2 1X100ML	
	KIT	
	LOTE / LOT:	1093611757
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	11/2019
	REAGENTE 1 / REAGENT 1	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1030200R1KWS
	LOTE / LOT:	1093641756
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	11/2019
	REAGENTE 2 / REAGENT 2	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1030100R2KWS
	LOTE / LOT:	1093651757
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	11/2019

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO - CLEAR, YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	12.90 - 13.10	12.99
PH (25 oC) R2	1.60 - 1.80	1.70
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 492 nm	0.000 - 0.030	0.001
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 492 nm	0.120 - 0.250	0.137
TRULAB N - LOTE: 22255 (mg/dL)	1.25 - 1.95	1.61
TRULAB P - LOTE: 22804 (mg/dL)	3.76 - 5.88	4.91

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control