

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310205
CÓDIGO / CODE 109361
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1030500KWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION CREATININA WS R1 2X200ML + R2 1X100ML

KIT

LOTE / LOT: 1093611977
DATA DE FABR./MANUF. DATE 05/2019
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2020

REAGENTE 1 / REAGENT 1

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1030200R1KWS
LOTE / LOT: 1093641975
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2020

REAGENTE 2 / REAGENT 2

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1030100R2KWS
LOTE / LOT: 1093651975
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2020

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO - CLEAR, YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	12.90 - 13.10	12.96
PH (25 oC) R2	1.60 - 1.80	1.76
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 492 nm	0.000 - 0.030	0.000
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 492 nm	0.120 - 0.250	0.132
TRULAB N - LOTE: 24382 (mg/dL)	1.24 - 1.94	1.62
TRULAB P - LOTE: 24383 (mg/dL)	3.60 - 5.64	4.73

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control