

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310205
CÓDIGO / CODE	110151
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1030150MWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	CREATININA WS R1 4X30ML + R2 2X15ML
	KIT
	LOTE / LOT: 1101511838
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 07/2018
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2020
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1030030R1MWS
	LOTE / LOT: 1101521837
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2020
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1030015R2MWS
	LOTE / LOT: 1101531837
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2020

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO - CLEAR, YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	12.90 - 13.10	12.99
PH (25 oC) R2	1.60 - 1.80	1.71
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 492 nm	0.000 - 0.030	0.000
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 492 nm	0.120 - 0.250	0.135
TRULAB N - LOTE: 23843 (mg/dL)	1.30 - 2.03	1.74
TRULAB P - LOTE: 22804 (mg/dL)	3.76 - 5.88	5.01

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control