

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** **80115310205**  
**CÓDIGO / CODE** **110151**  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** **1030150MWS**  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** **CREATININA WS R1 4X30ML + R2 2X15ML**

**KIT**

LOTE / LOT: 1101511946  
 DATA DE FABR./MANUF. DATE 05/2019  
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2020

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1030030R1MWS  
 LOTE / LOT: 1101521945  
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2020

**REAGENTE 2 / REAGENT 2**

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1030015R2MWS  
 LOTE / LOT: 1101531945  
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2020

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO - CLEAR, YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	12.90 - 13.10	12.96
PH (25 oC) R2	1.60 - 1.80	1.76
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 492 nm	0.000 - 0.030	0.000
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 492 nm	0.120 - 0.250	0.132
TRULAB N - LOTE: 24382 (mg/dL)	1.24 - 1.94	1.62
TRULAB P - LOTE: 24383 (mg/dL)	3.60 - 5.64	4.73

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
 Controle de Qualidade / Quality Control