

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA **80115310054**
CÓDIGO / CODE **107314**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE **2030250K**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION **FOSFATASE ALCALINA IFCC R1 5X40ML + R2 1X50ML**

KIT

LOTE / LOT: 10731418100
 DATA DE FABR./MANUF. DATE 08/2018
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2019

REAGENTE 1 / REAGENT 1

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2030040R1K
 LOTE / LOT: 1073851899
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2019

REAGENTE 2 / REAGENT 2

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2030050R2K
 LOTE / LOT: 1073861896
 DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2019

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS LIQUID	Conforme/according
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO AMARELADO - CLEAR, YELLOWISH LIQUID	Conforme/according
ODOR/ODOUR R1	LEVE CHEIRO DE AMINAS - SLIGHT SMELL AMINES	Conforme/according
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/according
pH R1 (30 oC)	10.3 - 10.5	10.40
pH R2 (25 oC)	8.9 - 9.1	8.95
pH R1 + R2 (30 oC)	10.3 - 10.5	10.41
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 405nm	0 - 0.03	0.00033
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 405nm	0.3 - 0.6	0.332
TRULAB N - LOTE: 23843 (U/L)	61.1 - 102	74.4
TRULAB P - LOTE: 22804 (U/L)	143 - 238	184.77

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control